



ЕВРАЗИЙСКИЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ СОЮЗ ДЕКЛАРАЦИЯ О СООТВЕТСТВИИ

Заявитель ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "МЕДТЕХНИКА РЕБОТЕК"
Место нахождения (адрес юридического лица) и адрес места осуществления деятельности: 125222, Россия, город Москва, ул. Генерала Белобородова, Д. 35/2, Этаж 1 Пом Х
Основной государственный регистрационный номер 1067759769120.

Телефон: +7 (495) 532-50-15 Адрес электронной почты: info@rebotec.net

в лице Управляющего-Индивидуального Предпринимателя Сирина Игоря Викторовича

заявляет, что Установка стоматологическая, зарегистрированный товарный знак MED-MOS, в вариантах исполнения: I. Установка стоматологическая CQ-215. II. Установка стоматологическая CQ-216. III. Установка стоматологическая CQ-217. IV. Установка стоматологическая CQ- 218. V. Установка стоматологическая CQ-219.

Изготовитель ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "МЕДТЕХНИКА РЕБОТЕК"
Место нахождения (адрес юридического лица) и адрес места осуществления деятельности по изготовлению продукции: 125222, Россия, город Москва, ул. Генерала Белобородова, Д. 35/2, Этаж 1 Пом Х

Место производства: ООО «Медтехника-Р» 141400, Россия, Московская область, г. Химки, Коммунальный пр-д, вл. 30

Guangzhou Chuang Qi Medical Equipment Co., Ltd. Китай, 4th Floor. No 3 Building, Kengkou Industrial Area, No. 125, Kengkou Street, Liwan District, 510380, Guangzhou, People's Republic of China
Продукция изготовлена в соответствии с ТУ 32.50.11-001-98238288-2018.

Код (коды) ТН ВЭД ЕАЭС: 9018410000

Серийный выпуск

соответствует требованиям

Технического регламента Таможенного союза "Электромагнитная совместимость технических средств" (ТР ТС 020/2011)

Декларация о соответствии принята на основании

Протокола испытаний № SVN-022/01126 от 21.07.2022 года, выданного Испытательной лабораторией "ОПТИМАТЕСТ" (регистрационный номер аттестата аккредитации РОСС RU.31881.04ТЕСО.ИЛО21)

Регистрационное удостоверение на медицинское изделие от 21 декабря 2021 года № РЗН 2021/16114

Схема декларирования соответствия: 1д

Дополнительная информация

ГОСТ 30804.6.2-2013 (IEC 61000-6-2:2005) "Совместимость технических средств электромагнитная.

Устойчивость к электромагнитным помехам технических средств, применяемых в промышленных зонах.

Требования и методы испытаний", ГОСТ 30804.6.3-2013 (IEC 61000-6-3:2006) "Совместимость технических средств электромагнитная. Электромагнитные помехи от технических средств, применяемых в жилых, коммерческих зонах и производственных зонах с малым энергопотреблением. Нормы и методы испытаний". Условия хранения, срок хранения, а также срок службы указаны в прилагаемой к продукции товаросопроводительной документации.

Декларация о соответствии действительна с даты регистрации по 20.07.2027 включительно.

(подпись)

М.П.
Медтехника РЕБОТЕК

Сирина Игорь Викторович

(Ф.И.О. заявителя)

Регистрационный номер декларации о соответствии: ЕАЭС N RU Д-RU.PA05.B.03963/22

Дата регистрации декларации о соответствии: 22.07.2022